

Warszawa, dnia 15.06.2011 r.

TA/ZP-14/2011

Wykonawcy:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery elektronicznej monochromatycznej

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi treści punktu 11:

11) z układem optycznym, zapewniającym z odległości 3 m i przy wykorzystaniu pełnej rozdzielczości sensora, obserwację pola widzenia:

a) o regulowanej płynnej szerokości w minimalnym zakresie od 60 cm do 140 mm z tolerancją +/- 5%

b) bez płynnej regulacji o minimalnej szerokości 100 cm z tolerancją +/- 5%.

Proszę o wyjaśnienie pojęcia:

- płynna regulacja szerokości w minimalnym zakresie 60 cm -140 cm,

- bez płynnej regulacji o minimalnej szerokości 100 cm

1. Czy chodzi Państwu o regulację zoom? Jeśli tak, to czy chodzi o możliwość ujęcia obiektu o takich parametrach? Czy o ruch obiektu?

2. Czy zamawiający ma tu na myśli dostarczenie dwóch obiektywów, o odpowiednich ogniskowych osobno dla punktu 11a i 11b.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie 11 Zamawiający określił minimalne pole widzenia, które powinna spełniać kamera, przy założeniu wykorzystania jej pełnej rozdzielczości. W polu tym będą poruszać się obiekty, które Zamawiający będzie filmował w przeprowadzanych badaniach.

2. Przez płynną regulację rozumiemy funkcję zoom.

3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch obiektywów tzn. o stałej i zmiennej ogniskowej oraz parametrach gwarantujących filmowanie ze zdefiniowanej odległości i w minimalnym polu widzenia.