



Warszawa, dnia 19.08.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatu do oceny dolnego progu widzenia i widzenia po oślnieniu wraz z aparatem do oceny widzenia kontrastu

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. (22) 623-46-20
e-mail: dogrz@ciop.pl
adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

3. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapłaci fakturę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu urządzenia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja na aparatu do pomiaru sprawności widzenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu do pomiaru sprawności widzenia, do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Podane poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.



I Wymagane cechy i parametry aparatu do pomiaru sprawności widzenia:

1. Wymaga się, by w skład aparatu do pomiaru sprawności widzenia wchodził:
 - aparat badawczy do badania sprawności widzenia spełniający wymagania:
 - ❖ możliwość wyboru badania widzenia zmierzchowego (mezopowego) oraz widzenia w mroku (skotopowego),
 - ❖ automatyczne ustawienie przerwy w Pierścieniu Landolta w minimum czterech położeniach,
 - ❖ czas wyciemniania Pierścienia Landolta: do 120 s.
 - ❖ możliwość „zapamiętywania” indywidualnego progu kontrastu osoby badanej,
 - ❖ regulacja czasu olśnienia: do 30 s,
 - ❖ aparat przystosowany do zasilania z sieci energetycznej 230 V 50 Hz,
 - ❖ deklaracja zgodności CE.
 - Dotykowy pulpit sterowniczy spełniający wymagania:
 - ❖ z wyjściem do drukarki co najmniej typu ETHERNET i wejściem na kartę pamięci co najmniej typu mikro SD.
 - Panel z przyciskiem dla osoby badanej.
2. Wymaga się, by aparat do pomiaru sprawności widzenia umożliwiał pomiar w zakresie następujących wskaźników sprawności widzenia:
 - widzenie kontrastu,
 - widzenie zmierzchowe (mezopowe),
 - widzenie w mroku (skotopowe),
 - wrażliwość na olśnienie.
3. Wymaga się, by aparat do pomiaru sprawności widzenia odnosił wyniki badań do norm populacyjnych opracowanych przez producenta aparatu.
4. Wymaga się, by aparat do pomiaru sprawności widzenia dawał użytkownikowi możliwość konstruowania własnych programów badawczych (w tym: zróżnicowanie tła, kontrastu, czasu ekspozycji optotypu).

II Warunki dodatkowe

- W cenie zawarte będą wszystkie koszty zamówienia: dostawy do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
- Wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim.



5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA APARAT DO POMIARU SPRAWNOŚCI WIDZENIA” do dnia 24.08.2015r. do godziny **14:00**. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie oferty otrzymane po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z wybranym wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.

lp.	Kryterium zasadnicze	Opis	Waga – udział w ocenie
1	Cena	Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100

9. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznane liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady:



Liczba punktów = $\frac{\text{Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100$

10. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy